

Приложение к письму департамента  
по регулированию контрактной системы  
Краснодарского края  
от 10.09.2020 № 45-08-07-4655/20

### Перечень унифицированных позиций КТРУ

№ п/п	код ОКПД2	Единица измерения	Описание объекта закупки			Показатели товара (значения показателей)
			*указываются показатели, позволяющие определить потребности заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)	Наименование объекта закупки (товара)	Код КТРУ	
1	28.25.14.119	шт	Облучатель- рециркулятор UIR- 1 L2	01138	Предназначен для обеззараживания воздушного пространства помещений в присутствии людей	<p>TFT-дисплей установлен, наличие</p> <p>Автоматическое включение / выключение по часам установлен, наличие</p> <p>Блок фильтрации установлен, наличие</p> <p>Исполнение настенный, соответствие</p> <p>Отражатели УФ-С (лабиринт безопасности) установлен, наличие</p> <p>Сертификаты соответствия наличие</p> <p>Система управления Контроллер на базе микропроцессора</p> <p>Таймер наработки ламп цифровой, ч установлен, наличие</p> <p>Тип Закрытого типа</p> <p>Тип лампы лампа бактерицидная специальная безозоновая</p> <p>Цвет белый соответствие</p>

2	28.25.14.119	ШТ	Облучатель-рециркулятор UPR-1 L3	01139	Предназначен для обеззараживания воздушного пространства помещений в присутствии людей	Количество ламп, ШТ	Больше или равно 2,000
						Гарантийный срок, МЕС	Больше или равно 12,000
						Бактерицидная эффективность по Starphylouscus Aureus на конец срока службы ламп, ПРОЦ	Больше или равно 99,900
						Срок службы ламп, Ч	Больше или равно 9 000,000
						Масса, КГ	Меньше или равно 10,000
						Мощность ламп, ВТ	Больше или равно 15,000 Меньше или равно 15,000
						Уровень шума (в дБа), ДЕЦИБЕЛ	Меньше или равно 40,000
						Производительность, М3/ч	Больше или равно 100,000 Меньше или равно 100,000
						Глубина, ММ	Меньше или равно 140,000
						Ширина, ММ	Меньше или равно 300,000
						Высота, ММ	Меньше или равно 870,000
						ТFT-дисплей	установлен, наличие
						Автоматическое включение / выключение по часам	установлен, наличие
						Блок фильтрации	установлен, наличие
						Исполнение	настенный, соответствие
Огражатели УФ-С (лабиринт безопасности)	установлен, наличие						
Сертификаты соответствия	Наличие						
Система управления	Контроллер на базе микропроцессора						

				Таймер наработки лампы цифровой, ч	установлен, наличие
				Тип	Закрытого типа
				Тип лампы	лампа бактерицидная специальная безозоновая
				Цвет белый	соответствие
				Количество лампы, ШТ	Больше или равно 3,000
				Гарантийный срок, МЕС	Больше или равно 12,000
				Бактерицидная эффективность по Starphosocuss Anreus на конец срока службы лампы, ПРОЦ	Больше или равно 99,900
				Срок службы лампы, Ч	Больше или равно 9 000,000
				Масса, КГ	Меньше или равно 10,000
				Мощность лампы, ВГ	Больше или равно 15,000 Меньше или равно 15,000
				Уровень шума (в дБа), ДЕЦИБЕЛ	Меньше или равно 40,000
				Глубина, ММ	Меньше или равно 140,000
				Производительность, М3/ч	Больше или равно 150,000 Меньше или равно 150,000
				Ширина, ММ	Меньше или равно 300,000
				Высота, ММ	Меньше или равно 870,000
				ТFT-дисплей	установлен, наличие
				Автоматическое включение / выключение по часам	установлен, наличие
				Блок фильтрации	установлен, наличие
3	28.25.14.119	ШТ	Облучатель-реширкулятор UPR-1 L5	Предназначен для обеззараживания воздушного пространства помещений в присутствии людей	01140

Исполнение	настенный, соответствие
Отражатели УФ-С (лабиринг безопасности)	установлен, наличие
Сертификаты соответствия	Наличие
Система управления	Контроллер на базе микропроцессора
Таймер наработки ламп цифровой, ч	установлен, наличие
Тип	Закрытого типа
Тип лампы	лампа бактерицидная специальная безозоновая
Цвет белый	соответствие
Количество ламп, ШТ	Больше или равно 5,000
Гарантийный срок, МЕС	Больше или равно 12,000
Бактерицидная эффективность по Starphosoccus Aureus на конец срока службы лампы, ПРОЦ	Больше или равно 99,900
Срок службы лампы, Ч	Больше или равно 9 000,000
Масса, КГ	Меньше или равно 10,000
Мощность лампы, Вт	Больше или равно 15,000 Меньше или равно 15,000
Уровень шума (в дБа), ДЕЦИБЕЛ	Меньше или равно 40,000
Глубина, ММ	Меньше или равно 140,000
Производительность, М3/ч	Больше или равно 260,000 Меньше или равно 260,000
Ширина, ММ	Меньше или равно 300,000



4	28.25.14.119	ШТ	Облучатель-рециркулятор UIR-1S	01141	Предназначен для обеззараживания воздушного пространства помещений в присутствии людей	<p>Высота, ММ</p> <p>Автоматическое включение / выключение по часам</p> <p>Род тока</p> <p>Сертификаты соответствия</p> <p>Система управления</p> <p>Таймер наработки ламп цифровой, ч</p> <p>Тип</p> <p>Тип ЭПРА</p> <p>Тип лампы</p> <p>Цвет белый</p> <p>Количество ламп, ШТ</p> <p>Гарантийный срок, МЕС</p> <p>Поверхностная бактерицидная доза (Дж/м<sup>2</sup>)</p> <p>Бактерицидная эффективность по StarUvicoccus Aureus на конец срока службы ламп, ПРОЦ</p> <p>Объемная бактерицидная доза (Дж/м<sup>3</sup>)</p> <p>Срок службы ламп, Ч</p> <p>Напряжение питания, В</p> <p>Масса, КГ</p>	<p>Меньше или равно 870,000</p> <p>установлен, наличие</p> <p>переменный, соответствие</p> <p>Наличие</p> <p>микроконтроллер, соответствие</p> <p>установлен, наличие</p> <p>Закрытого типа</p> <p>электромагнитный, соответствие</p> <p>Лампа бактерицидная специальная безозоновая</p> <p>соответствие</p> <p>Больше или равно 3,000</p> <p>Больше или равно 12,000</p> <p>Больше или равно 66,000</p> <p>Больше или равно 99,900</p> <p>Больше или равно 385,000</p> <p>Больше или равно 16 000,000</p> <p>не менее 209 не более 231</p> <p>Меньше или равно 17,000</p>
---	--------------	----	--------------------------------	-------	--	--	--

					Уровень шума (дБа)	Меньше или равно 60,000
					Частота питающего напряжения, ГЦ	Больше или равно 50,000 Меньше или равно 60,000
					Мощность лампы, Вт	Больше или равно 230,000 Меньше или равно 240,000
					Высота, ММ	Меньше или равно 600,000
					Ширина, ММ	Меньше или равно 600,000
					Глубина, ММ	Меньше или равно 1 200,000
					Потребляемая мощность, Вт	Меньше или равно 1 500,000
					Производительность, М3/ч	Больше или равно 2 700,000 Меньше или равно 3 300,000

Начальник отдела  
развития контрактной системы



Е.Н.Парманова